



安全标志编号： MFB220844



矿用产品安全标志证书

持证人： 北京特倍福电子有限公司
注册地址： 北京市北京经济技术开发区凉水河二街8号院6号楼2层
生产单位： 北京特倍福电子有限公司
生产地址： 北京市北京经济技术开发区凉水河二街8号院6号楼2层
产品名称： 矿用隔爆型液位温度传感器
规格型号： GYW3000/130
产品标准及技术条件： GB/T 3836.1-2021 GB/T 3836.2-2021 MT/T 825-1999
MT/T 381-2007 Q/TBF22—2022
适用范围： 严格按煤矿安全有关规定使用。
发证日期： 2022年10月17日 有效期至： 2027年10月16日
备注：

上述产品经履行安全标志审核发放实施规则ABGZ-MA-FBC-2017-01规定的合格评定程序，符合有关要求，特发此证。本证书的有效性需通过持证后监督获得保持，相关信息及主要零元部件等信息可通过网络查询可登陆www.aqbz.org或扫描本证书二维码查询。



签发人：

发证部门：





210016344553

防爆合格证

证 号： CCRI 22.1360

申请单位： 北京特倍福电子技术有限公司

地 址： 北京市北京经济技术开发区凉水河二街8号院6号楼2层

产品名称： 矿用隔爆型液位温度传感器

型号规格： GYW3000/130

防爆标志： Ex db I Mb

技术文件： Q/TBF 22—2022

图 号： YF-TZ-GYW3000/130-000

备 注：
1. 额定工作电压：DC 24V，额定工作电流： $\leq 80\text{mA}$ ；
2. 外壳防护等级：IP54；
3. 环境温度： $0^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ 。

经过上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，其符合以下现行国家标准：

GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021

发证日期： 2022年9月22日

有效期至： 2027年9月21日

批 准：



煤炭科学技术研究院有限公司
(国家安全生产北京矿山支护设备检测检验中心)

注：本证仅对与送检样品一致的产品有效。

中心地址：北京市和平里青年沟路5号

防爆合格证查询网址：<http://www.ccritc.com.cn/Home>

检验检测专用章
(1)
710105140849

电话：010-89268018