



安全标志编号： MFB190065



矿用产品安全标志证书

持证人： 北京特倍福电子有限公司
注册地址： 北京市北京经济技术开发区凉水河二街8号院6号楼2层
生产单位： 北京特倍福电子有限公司
生产地址： 北京市北京经济技术开发区凉水河二街8号院6号楼2层
产品名称： 矿用隔爆型位移传感器
规格型号： GUC3000 (A)
产品标准及技术条件： GB/T 3836.1-2021 GB/T 3836.2-2021 MT/T 1109-2011 Q/TBF 01—2023
适用范围： 严格按煤矿安全有关规定使用。
发证日期： 2023年11月16日 有效期至： 2028年11月15日
备注：

上述产品经履行安全标志审核发放实施规则ABGZ-MA-FBC-2017-01规定的合格评定程序，符合有关要求，特发此证。本证书的有效性需通过持证后监督获得保持，相关信息及主要零元部件等信息可通过网络查询可登陆www.aqbz.org或扫描本证书二维码查询。



签发人：

王利峰

发证部门：





防爆合格证

证 号： CCRI 23.1844

申请单位： 北京特倍福电子技术有限公司

地 址： 北京市北京经济技术开发区凉水河二街8号院6号楼2层

产品名称： 矿用隔爆型位移传感器

型号规格： GUC3000(A)

防爆标志： Ex db I Mb

技术文件： Q/TBF 01—2023

图 号： YF-TZ-GUC3000-000

备 注： 1. 额定工作电压： DC 24V， 额定工作电流： $\leq 80\text{mA}$ ；
2. 外壳防护等级： IP54；
3. 环境温度： $0^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ ；
4. 关联检验报告编号： 202352710FB。

经过上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，其符合以下现行国家标准：

GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021、GB/T 4208-2017

发证日期： 2023年10月30日

有效期至： 2028年10月29日

批 准：



煤科（北京）检测技术有限公司
(国家安全生产北京矿山支护设备检测检验中心)



注：本证仅对与送检样品一致的产品有效。

公司地址：北京市北京经济技术开发区（大兴）采育镇育隆大街5号6号楼

防爆合格证查询网址：<http://www.ccritc.com.cn/Home>

电话：010-89268018